Mini-Fragment Plating System

- VLP Mini-Mod Small Bone Plating System
- EVOS Mini Plating System
- VLP Mini-Mod Talus Plates

STERILE R | NON-STERILE*

*Refer to the product labeling to determine if the product is sterile or non-sterile

Important Information

Fracture fixation devices are only used to aid in healing; they are not a substitute for normal intact tissue or bone. The anatomy of human bones presents limitations with respect to the size and thickness of bone screws or plates, thus the strength of implants is limited. All load bearing prior to complete bone healing is contraindicated; only repeated patients with delayed healing or nonunion, the appliance will bend, break or pull out of bone.

The component material is provided on the outside carton label. Use only components made from the same material singly or in combination. Do not mix metals at any time. Components from different manufacturers should not be mixed, except when advised by the manufacturer. All implanted components are designed for single use only. Some of the instruments are also designed for single use only as noted on the package label.

Note: A single use device (SUD) which comes into contact with blood or tissue or bodily fluid is not reused, but should be returned to the manufacturer or destroyed.

Smith & Nephew, Inc.
1450 Brooks Road
Memphis, TN 38116
USA
Tel.: +1 800 238 7538

CE 0086

11/2015 81092293 Rev. 0

Indications for Use

The Smith & Nephew Variable-Angle Locking *Mini-Fragment Plating System* is indicated for adolescent (12–18 years) and transitional adolescent (18–21 years) subpopulations and adults, as well as patients with osteopenic bone. The VLP *Mini-Mod Talus Plates* are indicated for fracture fixation, reconstruction, revision of failed internal fixation, including those in the forefoot, midfoot and hindfoot.

Contraindications

- Physical conditions that would preclude adequate implant support or retard healing, such as, blood supply, degree of osteoporosis, bone quality or quantity, previous infection, obesity, severe bow or gross distortion of the radius.
- Mental conditions that preclude cooperation with the instructions provided.

Warnings

Do not use if package is damaged. Do not use if the product sterilization barrier or the sterile packaging is compromised.

- **Contents are sterile unless package is opened or damaged. DO NOT RESTERILIZE. Do not use product after the expiration date.**
- **It is the surgery responsibility to be familiar with the appropriate surgical techniques prior to use of this device.**
- **Do not reuse instructions completely prior to use.**
- **This device is not approved for screw attachment or fixation to the posterior elements (pedicles) of the cervical, thoracic, or lumbar spine.**
- **It is extremely important to select the appropriate size and type components. Failure to use the largest size implant components or improper positioning may result in loosening, bending or cracking or fracture of the device or bone or both.**
- **Use only Ti-6Al-4V screws with Ti-6Al-4V devices. Use only stainless steel screws with stainless steel devices.**
- **Smith & Nephew Variable-Angle Locking *Mini-Fragment Plating System* devices and accessory components should not be placed across growth plates in pediatric patients.**

Precautions

R Ps: federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

- Use extreme care handling and storing implant components. Cutting, bending or scratching the surface of metal components may cause internal stresses which may significantly reduce the strength and fatigue resistance.
- Intraoperative fracture or breaking of instruments may occur. Instruments which have experienced extensive use or excessive force are susceptible to fracture. Instruments should be examined for wear and damage prior to surgery. Single use devices should not be used because of its risks of breakage, failure or patient infection.
- Continuous screwing with an image intensifier. Fluoroscopy during active insertion and whenever cannulated instruments are advanced over a guide wire is recommended to prevent unintended guide wire advancement and penetration into the surrounding tissues.
- Intraoperative cleaning of cannulated instruments is recommended to prevent accumulation of bone debris in the cannulation.
- If a computer assisted surgery system is used, consult the applicable software and hardware reference manuals provided by the manufacturer to ensure proper operation of this equipment.
- For computer assisted surgery systems, it is extremely important to correctly select input parameters (e.g., bony landmarks). Success of this equipment should be familiar with the anatomy relevant to the procedure. Failure to provide proper input could cause problems such as violation of critical anatomical structures and malpositioned implants.
- Postoperative instructions to patients and appropriate warnings are critical. Any load bearing substantially increases implant loading and increases the risk of loosening, bending or breaking the device. Physical activity should only be considered where there are stable fractures with good bone-to-bone contact.
- Patients should be directed to seek a medical opinion before entering potentially adverse environments that affect the performance of the implant, such as electromagnetic or magnetic fields, including a magnetic resonance environment.
- While the surgeon must make the final decision regarding implant removal, wherever possible and practical for the patient, fixation devices should be removed once their service as an aid to healing is complete.
- After use, these components may be a potential biohazard and should be handled in accordance with accepted medical practice and applicable local and national requirements.
- Surgical technique information is available on request.

Adverse Effects

- Loosening, bending, cracking or fracture of implant components.
- Loss of anatomic position with malunion may occur.
- Infections, both deep and superficial, have been reported with internal fixation devices.
- Vascular disorders including thrombophlebitis, pulmonary emboli, wound hematomas, and avascular necrosis may result from the surgery and concomitant use of internal fixation devices.
- Metal sensitivity reactions and/or allergic reactions to foreign materials have been reported.
- Penetration of a K-wire, screw, or peg into a joint can occur.
- Tissue reactions which include macrophage and foreign body reactions adjacent to implants can occur.

Magnetic Resonance Imaging (MRI) Safety

Smith & Nephew fracture fixation devices have not been reviewed by the FDA for safety and compatibility in the *MR-environment*. Fracture fixation components have not been tested for heating or migration in the *MR environment*. Known risks of exposing implant devices to the MR environment include displacement, heating and radio frequency induced heating. Implant devices may also cause imaging artifacts in MRI scans.

Packaging and Labeling

Components should only be accepted if received by the hospital or surgeon with the factory packaging and labelling intact. If the sterile barrier has been broken or is past the expiration date, return the components to Smith & Nephew, Inc. Use of damaged or expired product increases the risk of infection, which may lead to revision surgery.

Sterilization

For components provided sterile, the sterilization method is noted on the label. Sterile implant components are supplied sterile by Gamma Sterilization Assurance Level (SAL) of 10-6. Sterile packaged components are supplied in protective sterile barrier packaging (peel pouches) and in puncture or other damage prior to surgery. If the sterile barrier has been breached, return the component to Smith & Nephew, Inc.

If not specifically labeled sterile, components are supplied non-sterile and must be cleaned and sterilized prior to surgery. For non-sterile trauma implants (i.e. plates, screws, rods) are packaged in packaging and labeling inserts prior to sterilization. It is important that all packaging material be carried out prior to sterilization. Please see the document, "Instructions for care, maintenance, cleaning, and sterilization" in Smith & Nephew orthopaedic devices," which is provided with Smith & Nephew instrument sets. This document provides general instructions and validated sterilization procedures.

DO NOT REUSE implant components or single use disposable instruments.

Recommended Steam Sterilization Cycle Parameters

- Dynamic Air Removal (Prevacuum) Steam Cycle: 132° C (270° F) in 4 minutes or 134° C (273° F) for 3 minutes. Minimum vacuum drying time of 30 minutes.
- Gravity Displacement Steam Cycle: 132° C (270° F). Exposure time:
  - 15 minutes for instruments not in a containment device
  - 30 minutes* for devices in a containment device
  - Minimum vacuum drying time of 30 minutes.
- Immediate Use Steam Sterilization (IUSS): 132° C (270° F)
  - dynamic air removal (prevacuum) - 4 minutes.

For Non-U.S. Customers:

- United Kingdom Steam Cycle: Prevacuum cycle, 134° C (273° F) for 3 minutes. Minimum vacuum drying time of 30 minutes.
- World Health Organization (WHO) Steam Cycle: 134° C (273° F). Exposure time 18 minutes and a minimum vacuum drying time of 30 minutes.

Containment devices should be wrapped with a central supply wrap (CSR) or placed in a reusable rigid container for sterilization.

Note to U.S. Customers: Sterilizers and wraps used in the sterilization process must be FDA-cleared.

This sterilization cycle is not considered by the United States Food and Drug Administration (US FDA) to be a standard sterilization cycle. Only use sterilizers and accessories (such as sterilization wraps sterilization pouches, chemical indicators, biological indicators, and sterilization containers) that have been FDA-cleared for the selected sterilization cycle specifications (time and temperature).

Retrieval and Analysis of Removed Implants

The most important part of a surgical implant retrieval is preventing damage that would render scientific examination useless. Special care should be given to protect the implant from damage during handling and shipment. Follow internal hospital procedures for the retrieval and analysis of implants removed during surgery. When handling removed implants, use precautions to prevent spread of bloodborne pathogens.

If the implant will be returned to Smith & Nephew, Inc. for analysis, contact Customer Service using the phone numbers outlined in the Information section.

For Further Information

For further information, contact Customer Service at +1 800 238 7538 for calls within the continental USA and +1 901 396 2121 for international calls.

Mini-Fragment Plating System

- VLP Mini-Mod Small Bone Plating System
- EVOS Mini Plating System
- VLP Mini-Mod Talus Plates

Mini-Fragment-Plattensystem

- VLP Mini-Mod-Plattensystem für kleine Knochen
- EVOS Mini-Plattensystem
- VLP Mini-Mod Talus-Platten

Sistema de placas para minifragmento

- Sistema de placas para huesos pequeños VLP Mini-Mod
- Sistema de placas EVOS Mini
- Placas para astrágalo VLP Mini-Mod

Système de plaque pour mini-fragments

- Système de plaque osseuse VLP Mini-Mod
- Système de plaque EVOS Mini
- Plaques VLP Mini-Mod pour talus

Sistema di placche per mini-frammenti

- Sistema di placche per piccole ossa VLP Mini-Mod
- Sistema di placche EVOS Mini
- Placche per calcagno VLP Mini-Mod

Plattsystem för minifragment

- VLP Mini-Mod plattsystem för små ben
- EVOS Mini plattsystem för minifragment
- VLP Mini-Mod talusplattor

Sistema de placa para mini-fragmentos

- Sistema de placa para pequeños pequeños VLP Mini-Mod
- Sistema de placa EVOS Mini
- Placa para talus VLP Mini-Mod

Mini-fragment-skinnesystem

- VLP Mini-Mod skinnesystem til små knogler
- EVOS Mini skinnesystem
- VLP Mini-Mod talusskinner

Platesystem for minifragmenter

- VLP Mini-Mod platesystem for små ben
- EVOS Mini platesystem
- VLP Mini-Mod talusplater

Σύστημα πλακών μικρών τεμαχίων

- Σύστημα πλακών μικρών οστών VLP Mini-Mod
- Σύστημα πλακών EVOS Mini
- Πλάκες αστραγάλου VLP Mini-Mod

Mini-Fragment Plaka Sistemi

- VLP Mini-Mod Küçük Kemik Plaka Sistemi
- EVOS Mini Plaka Sistemi
- VLP Mini-Mod Talus Plaklan

Система фиксации пластинкой мини-фрагментов

- Система фиксации пластинкой VLP Mini-Mod для малых костей
- Система фиксации пластинкой EVOS Mini
- Пластинки VLP Mini-Mod для фиксации таранной кости

微型骨折块接骨板系统

- VLP Mini-Mod 小骨接骨板系统
- EVOS Mini 接骨板系统
- VLP Mini-Mod 距骨接骨板

www.smith-nephew.com
+1 800 238 7538 U.S. Customer Service
+1 901 396 2121 International Customer Service

*Trademarks of Smith & Nephew. Certain marks registered U.S. Patent & Trademark Office.
©2015 Smith & Nephew, Inc. All rights reserved.

Mini-Fragment-Plattensystem

- **VLP Mini-Mod-Plattensystem für kleine Knochen**
- **EVOS Mini-Plattensystem**
- **VLP Mini-Mod Talus-Platten**

STERILE R | NON-STERILE*

*Siehe spezifische Produktkennzeichnung zum sterilen oder unsterilen Lieferzustand des Produkts.

Wichtige Informationen

Knochenfixationen bei Frakturen werden nur zur Unterstützung der Heilung verwendet. Sie sind kein Ersatz für normales intaktes Gewebe oder Knochengewebe. Die Anatomie menschlicher Knochen bringt gewisse Einschränkungen hinsichtlich der Größe und Dicke der Knochenschrauben mit sich und daher ist auch die Stabilität von Implantaten begrenzt. Eine volle Belastung ist vor vollständiger Knochenheilung ist kontraindiziert. Durch wiederholte Belastung bei Patienten mit verzögerter Heilung oder nicht zusammenwachsenden Knochen kann das Implantat verbiegen, brechen oder aus dem Knochen herausgezogen werden.

Das Komponentenmaterial wird außen auf dem Verpackungskarton angegeben. Nur Komponenten zusammen verwenden, die aus demselben Material bestehen. Keinesfalls eine Mischung verschiedener Metalle zusammen verwenden. Komponenten unterschiedlicher Hersteller sollten nur gemischt werden, wenn dies vom entsprechenden Hersteller empfohlen wird. Alle implantierbaren Komponenten sind nur zur einmaligen Verwendung vorgesehen. Einige der Instrumente sind ebenfalls für den Einmalgebrauch bestimmt, sofern dies auf dem Verpackungsetikett angegeben ist.

Hinweis: Ein Gerät zur Verrichtung für den einmaligen Gebrauch (Single Use Device = SUD), die in direkten Kontakt mit menschlichem Blut oder Gewebe kommt, sollte nicht wiederverwendet werden und ist vorschriftsmäßig zu entsorgen oder an den Hersteller zurückzusenden.

Indikationen

Das *Mini-Fragment-Plattensystem* mit variablem Winkel von Smith & Nephew ist vorgesehen für Jugendliche (12–18 Jahre) und Jugendliche im Übergangsalter (18–21 Jahre) sowie bei Erwachsenen und Patienten mit osteoporischen Knochen verwendet werden. Die VLP *Mini-Mod Talus-Platten* sind für die Frakturfixierung, Rekonstruktion oder Arthrodesen kleiner Knochen, einschließlich Vorder-, Mittel- und Rückfußknochen, indiziert.

Kontraindikationen

- Körperliche Zustände, die eine ausreichende Implantat-Stabilisierung oder Behinderung der Heilung verzögern, wie beispielsweise Durchblutungsstörungen, ungenügende Qualität oder Quantität des Knochen, frühere Infektion, Adipositas, schwere Biegefehler oder ausgeprägte Verformung des Radius.
- Mentale Erkrankungen, die eine Kooperation mit den Rehabilitationsprogrammen verhindern.

Warnhinweise

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden. Bei beeinträchtigtem Sterilbarriere oder beschädigter Verpackung des Produkts nicht verwenden.

- **Der Inhalt ist steril, solange die Packung ungeöffnet und unbeschädigt ist. NICHT ERNEUT STERILISIEREN. Nur für den einmaligen Gebrauch. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht verwenden.**
- **Es liegt in der Verantwortung des Arztes, sich vor Verwendung des Produkts mit entsprechenden chirurgischen Techniken vertraut zu machen.**
- **Diese Anweisungen vor Gebrauch vollständig durchlesen.**
- **Dieses Gerät ist nicht zugelassen für die Verschraubung oder Fixierung an dorsalen Elementen (Bögen, Hals, Brust oder Lendenwirbelsäule (Pedikel, Pedicula arcus).**
- **Die Auswahl der richtigen Größe und Typen der Komponenten ist äußerst wichtig. Werden nicht die größtmöglichen Komponentengrößen verwendet, wenn die Positionierung ungenau ist, kann es zu Verbiegung, Rissbildung oder Frakturen des Implantats oder Knochens oder beiden Folgeschäden kommen.**
- **Verwenden Sie nur Ti-6Al-4V-Schrauben mit Ti-6Al-4V-Geräten. Verwenden Sie nur Edelstahl-Schrauben in Verbindung mit Edelstahl-Geräten.**
- **Geräte und Zubehörteile für das Mini-Fragment-Plattensystem mit variablem Winkel von Smith & Nephew sollten nicht über Epiphysenfugen bei Kindern angebracht werden.**

Vorsichtsmaßnahmen

Gemäß der US-amerikanischen Bundesgesetzgebung darf dieses Produkt nur von einem Arzt oder auf Anordnung eines Arztes verkauft werden.

- Bei der Handhabung und Lagerung von Implantat-Komponenten äußerste Vorsicht walten lassen. Schneiden, Verbiegen oder Zerkratzen der Oberflächen von Metallkomponenten kann zu Eigenspannungen führen und die Stabilität und Ermüdungsfestigkeit beeinträchtigen.
- Es können intraoperative Frakturen auftreten oder Brüche an Instrumenten auftreten. Instrumente werden bei umfassendem Gebrauch oder Einwirkung übermäßiger Kräfte brucharfällig. Instrumente vor dem OP-Einsatz auf Abnutzung und Schäden untersuchen. Einweg-Geräte aufgrund des Risikos von Bruch, Versagen oder Patienteninfektionen nicht wiederverwenden.
- Eine kontinuierliche Kontrolle mit einem Bildverstärker ist empfohlen. Während der Einführung des Führungsdrahtes und bei der Einführung kanülierter Instrumente über einen Führungsdraht wird empfohlen, um ein unbeabsichtigtes Eindringen in umliegende Gewebe zu verhindern.
- Eine intraoperative Reinigung kanülierter Instrumente wird empfohlen, um die Ansammlung von Knochenmaterial in der Kanülierung zu vermeiden.
- Sofern Sie eine computerassistierte Chirurgiesysteme die vom Hersteller bereitgestellten Software- und Hardware-Referenzhandbücher heran, um ein einen sicheren Betrieb dieser Systeme zu gewährleisten.
- Bei Verwendung computerassistierter Chirurgiesysteme ist es äußerst wichtig, die korrekten Inputparameter (z. B. knöcherne Orientierungspunkte) auszuwählen. Die Bediener dieses Systems sollten mit der für diese Verfahren relevanten Anatomie vertraut sein. Erfolgt kein korrektes Input, können Probleme entstehen, wie beispielsweise die Verletzung wichtiger anatomischer Strukturen und fehlerhaft platzierte Implantate.
- Postoperative Anweisungen für die Patienten und eine angemessene Krankengeflege sind von großer Bedeutung. Eine frühe Belastung führt zu einer erheblich erhöhten Belastung des Implantats und erhöht das Risiko einer Lockerung, Verbiegung oder eines Bruchs des Implantats. Eine frühe Belastung sollte nur bei stabilen Frakturen und guten Knochen-zu-Knochen-Kontakt in Betracht gezogen werden.
- Patienten sollten angewiesen werden, ärztlichen Rat einzuholen, bevor sie potenziell schädlichen Umgebungen betreten, die sich nachteilig auf die Leistungsfähigkeit des Implantats auswirken könnten, wie z. B. elektromagnetische oder magnetische Felder oder eine MR-Umgebung.
- Die endgültige Entscheidung über die Entfernung eines Implantats liegt zwar beim Chirurgen, wann immer dies möglich und für den Patienten praktikabel ist, sollten Fixationsvorrichtungen jedoch entfernt werden, sobald deren Funktion als Heilungsunterstützung abgeschlossen ist.
- Nach Gebrauch stellen diese Komponenten möglicherweise infektiöses Material dar und sollten gemäß den vor Ort geltenden medizinischen Richtlinien und staatlichen Bestimmungen gehandhabt werden.
- Informationen zur Operationstechniken sind auf Anfrage erhältlich.

Unerwünschte Auswirkungen

- Lockerung, Verbiegung, Rissbildung oder Bruch von Implantat-Komponenten.
- Verlust der anatomischen Position mit Fehlheilung ist möglich.
- Sowohl tiefgehende als auch oberflächliche Infektionen wurden bei externen Fixierungsvorrichtungen berichtet.
- Durchblutungsstörungen, einschließlich Thrombophlebitis, Lungenembolien, Wundhämatome und avaskuläre Nekrose können infolge der Operation und der gleichzeitigen Anwendung interner Fixierungsvorrichtungen auftreten.
- Metallallergie-Reaktionen und/oder allergische Reaktionen auf Fremdmaterialien wurden berichtet.
- Möglich ist ferner die Penetration eines K-Drahtes, einer Schraube oder einer Klammer in ein Gelenk.
- Gewebereaktionen wie z. B. Makrophagen- und Fremdkörperreaktionen können in der Nähe des Implantats auftreten.

Sicherheit bei Magnetresonanztomographie (MRT)

Faktur-Fixationsgeräte von Smith & Nephew wurden nicht von der FDA auf Sicherheit und Verträglichkeit in der MR-Umgebung geprüft. Fraktur-Fixations-instrumente wurden nicht auf Erwärmung oder Migration in der MR-Umgebung geprüft. Bekannte Risiken einer Implantat-Exposition gegenüber einer MR-Umgebung sind Verschiebung, Verwärmung und Radiofrequenz-induzierte Erwärmung. Implantate können darüber hinaus Bildartefakte in MR-Scans verursachen.

Verpackung und Etikettierung

Komponenten dürfen nur angenommen werden, wenn sie im Krankenhaus oder vom Chirurgen in einer nicht beschädigten Originalverpackung mit unbeschädigtem Produktetikett empfangen werden. Ist der Sterilschutz aufgebrochen oder das Verfallsdatum überschritten, senden Sie die Komponenten an Smith & Nephew, Inc. zurück. Die Verwendung beschädigter oder abgelaufener Produkte erhöht das Risiko einer Infektion, die möglicherweise eine Revisionsoperation erfordern kann.

Sterilisation

Für steril gelieferte Komponenten ist das Sterilisationsverfahren auf dem Verpackungsetikett angegeben. Sterile Implantatkomponenten sind steril bis zu einem Gamma-Sterilisationsgrad (SAL) von 10-6. Steril verpackte Komponenten werden in einer Sterilbarriereystem-Verpackung geliefert. Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von und andere Schäden prüfen. Ist der Sterilschutz aufgebrochen, die Komponenten an Smith & Nephew, Inc. zurücksenden.

Wenn dies nicht ausdrücklich gekennzeichnet ist, werden die Komponenten unsteril geliefert und müssen vor der Verwendung gereinigt und sterilisiert werden. Instrumente für Trauma-Implantaten (z. B. Platten und Schrauben) alle Original-Verpackungen und Etiketten vor der Sterilisation entfernen. Vor der Sterilisation ist eine angemessene Reinigung wichtig. In dem Dokument „Anweisungen zur Pflege, Instandhaltung, Reinigung und Sterilisation von orthopädischen Geräten von Smith & Nephew", das im Instrumentenset von Smith & Nephew enthalten ist, erhalten Sie weitere Informationen zu den zulässigen Reinigungs- und Sterilisationsverfahren. Implantatkomponenten unter Einweginstrumente NICHT WIEDERVERWENDEN.

Empfohlene Parameter für die Dampfsterilisation

- Dynamische Luftentfernung/Vakuu „Dynamische Luftentfernung" 132 °C für 4 Minuten oder 135 °C für 3 Minuten.
  Mindestvakuumtrocknungsdauer:
  - Eingewickelte Geräte - 15 Minuten
  - Containerisierte Geräte - 30 Minuten
- Gravitationsverdrängungsdampfzyklus: 132 °C. Sterilisationsdauer:
  - 15 Minuten für Instrumente, die sich nicht in einem Container befinden
  - 30 Minuten* für Instrumente, die sich in einem Container befinden
  - Mindestvakuumtrocknungsdauer: 30 Minuten.
- Dampfsterilisation für den sofortigen Einsatz (IUSS): 132 °C. Sterilisationsdauer:
  - „Dynamische Luftentfernung" (Vorvakuum) - 4 Minuten.

Für Kunden außerhalb der USA:

- UK-Dampfzyklus: Vorvakuumzyklus. 134 °C für 3 Minuten. Mindestvakuumtrocknungsdauer: 30 Minuten.
- **Hinweis:** Sterilisations-Evakuierung und -Pulsing sind gemäß HTM 2010 durchzuführen.
- Dampfzyklus gemäß Weltgesundheits-Organization (WHO): 134 °C für 18 Minuten und eine Mindestvakuumtrocknungsdauer von 30 Minuten.

Containment-Geräte sollten vor der Sterilisation in zwei Schichten „Central Supply Wrap (CSR)" eingewickelt oder in einen wiederverwendbaren festen Behälter gelegt werden.

Hinweis für Kunden in den USA: Für den Sterilisationsprozess verwendete Sterilisationsgeräte und Sterilmaterialien zum Einwickeln müssen von der FDA zugelassen sein.

"Dieses Sterilisationsverfahren wird von der US-Arzneimittelbehörde (FDA) nicht als Standard-Sterilisationsverfahren angesehen. Nur Sterilisationsgeräte und Zubehör (z. B. Materialien zum Einwickeln, Sterilisationsbeutel, chemische und biologische Indikatoren und Sterilisationsbehälter) verwenden, die von der FDA für die ausgewählten Sterilisationsverfahren und Sterilisationsparametern (Temperatur und Dauer) zugelassen sind.

Entnahme und Analyse von Implantaten

Der wichtigste Teil der chirurgischen Implantatentnahme ist die Vorbeugung von Schäden, die eine wissenschaftliche Analyse nutzlos machen. Besondere Vorsicht ist während der Handhabung und Lagerung geboten, um Implantate vor Schäden zu schützen. Es sind die internen Krankenhausanweisungen für die Entnahme und Analyse von Implantaten zu befolgen. Bei der Handhabung entnommener Implantate geeignete Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung einer Übertragung hämatogener Krankheitserreger ergreifen.

Wenn das Implantat an Smith & Nephew, Inc. zur Analyse zurückgegeben wird, kontaktieren Sie den Kundendienst mithilfe der Telefonnummern, die im Informationsabschnitt angegeben sind.

Informationen

Wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst. Die internationale Telefonnummer lautet +1 901 396 2121.

- Mientras que el cirujano debe tomar la decisión final con respecto a la extracción del implantado, siempre que sea posible y práctico para el paciente, los dispositivos de fijación deben retirarse una vez que hayan proporcionado su servicio como ayuda a la recuperación.
- Una vez usados, estos componentes pueden constituir un posible riesgo biológico, por lo que se deberán manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables.
- Hay información técnica quirúrgica disponible bajo petición.

Efectos adversos

- Aflojamiento, doblez, agrietamiento o fractura de los componentes del implante.
- Se puede producir la pérdida de la posición anatómica con consolidación defectuosa.
- Se han notificado infecciones profundas y superficiales con dispositivos de fijación interna.
- Pueden producirse trastornos vasculares, incluyendo tromboflebitis, embolia pulmonar, hematomas, heridas y necrosis avascular, como resultado de la intervención quirúrgica y el uso concomitante de dispositivos de fijación interna.
- Se han notificado reacciones de sensibilidad al metal y/o alérgicas a materiales extraños.
- Puede producirse la penetración de un alambre K, tornillo o clavija en una articulación.
- Pueden producirse reacciones tisulares que incluyen reacciones a macrófagos y cuerpos extraños adyacentes a los implantes.

Seguridad de resonancia magnética nuclear (RMN)

Los dispositivos de fijación de fracturas de Smith & Nephew no han sido revisados por la FDA para la seguridad y compatibilidad en un entorno de RM. Los componentes de fijación de fracturas no se han probado en condiciones de calentamiento o migración en el entorno de RM. Los riesgos conocidos de la exposición de los dispositivos de implante a un entorno de RM incluyen desplazamiento, aprieto y calentamiento inducido por las radiofrecuencias. Los dispositivos de los implantes también pueden causar artefactos en la imagen de las exploraciones de RM.

Envase y etiquetado

Los componentes solo deben aceptarse si el hospital o el cirujano los reciben con el envase y el etiquetado de fábrica intactos. Si la barrera estéril se ha roto o la fecha de caducidad ha pasado, devuelva el componente a Smith & Nephew, Inc. El uso de productos dañados o caducados aumenta el riesgo de infección, lo que puede provocar la necesidad de llevar a cabo cirugía de revisión.

Esterilización

Para los componentes suministrados esterilizados, el método de esterilización se indica en la etiqueta. Los componentes de implantes estériles se suministran esterilizados a un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10^-6. Los componentes envasados estériles se suministran en envases protectores con barrera estéril. Inspeccione los envases para detectar la existencia de perforaciones u otros daños antes de la cirugía. Si la rotura de la barrera estéril, devuelva el componente a Smith & Nephew, Inc.

Si no están etiquetados específicamente como estériles, los componentes se suministran sin esterilizar y deben limpiarse y esterilizarse antes de la intervención quirúrgica. Para implantes de trauma no estériles (es decir, placas y tornillos), retire todo el envasado y el etiquetado original antes de la esterilización. Es importante realizar una limpieza adecuada antes de la esterilización. Consulte el documento Instrucciones de cuidado, mantenimiento, limpieza y esterilización de dispositivos ortopédicos de Smith & Nephew", que se incluye en los juegos de instrumentos de Smith & Nephew, para obtener más información sobre las instrucciones de limpieza y los procedimientos de esterilización validados.

NO REUTILICE los componentes de implantes o instrumentos desechables de un solo uso.

Parámetros recomendados para los ciclos de esterilización con vapor

- Ciclo de vapore de extracción dinámica de aire (prevacío): 132 °C durante 4 minutos o 135 °C durante 3 minutos. Tiempo mínimo de secado en vacío:
  - Dispositivos envueltos: 15 minutos
  - Dispositivos en contenedores: 30 minutos
- Ciclo de vapor de esterilización por gravedad: 132 °C. Tiempo de exposición:
  - 15 minutos para instrumentos que no vayan colocados dentro de un dispositivo de contención
  - 30 minutos* para instrumentos que vayan colocados dentro de un dispositivo de contención
  - Tiempo mínimo de secado en vacío de 30 minutos.
- Esterilización con vapor para uso inmediato (IUSS): 132 °C. Tiempo de exposición:
  - eliminación dinámica de aire (prevacío): 4 minutos.

Para clientes fuera de los EE. UU.:

- Ciclo de vapor de Reino Unido: ciclo de prevacío, 134 °C durante 3 minutos. Tiempo mínimo de secado en vacío de 30 minutos.
  Nota: La evacuación y las pulsaciones de la esterilización deben llevarse a cabo de conformidad con la norma HTM 2010.
- Ciclo de esterilización con vapor conforme a la Organización Mundial de la Salud (OMS): 134 °C. Tiempo de exposición de 18 minutos y un tiempo mínimo de secado por vacío de 30 minutos.

Los dispositivos de contención deben envolverse con una envoltura de suministro central (CSR) o colocarse en un recipiente rígido reutilizable para la esterilización.

Aviso para los clientes de EE. UU.: Los esterilizadores y envolturas utilizados en el proceso de esterilización deben contar con la aprobación de la FDA.

"La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) no considera este ciclo de esterilización como ciclo de esterilización estándar. Utilice solo esterilizadores y accesorios (como envolturas de esterilización, bolsas de esterilización, indicadores químicos, indicadores biológicos y recipientes de esterilización) que cuenten con la aprobación de la FDA de EE. UU. para las especificaciones (tiempo y temperatura) del ciclo de esterilización seleccionado.

Recuperación y análisis de los implantes extraídos

La parte más importante de la recuperación de implantes quirúrgicos es la prevención de daños, lo que haría que el examen científico resultase inútil. Debe tenerse especial cuidado para proteger el implante de daños durante la manipulación y el envío. Siga los procedimientos internos del hospital para la recuperación y el análisis de los implantes extraídos durante la cirugía. Al manipular los implantes extraídos, tome precauciones para evitar la propagación de agentes patógenos transmitidos por la sangre.

Si el implante se devuelve a Smith & Nephew, Inc. para su análisis, póngase en contacto con el servicio al cliente utilizando los números de teléfono indicados en la sección de información.

Información

Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en el +1 901 396 2121 para las llamadas internacionales.

- Il incombe au chirurgien de décider en définitive à quel moment le retrait de l'implant est nécessaire. Néanmoins, lorsque cela s'avère possible et pratique pour le patient, généralement les dispositifs de fixation doivent être retirés quand leur rôle d'aide à la cicatrisation est terminé.
- Après utilisation, ces composants peuvent présenter un risque biologique potentiel. Ils doivent donc être manipulés conformément aux pratiques médicales reconnues et aux prescriptions locales et nationales en vigueur.
- Des informations sur les techniques chirurgicales sont disponibles sur demande.

Effets indésirables

- Desserrement, courbure, fissuration ou fracture des composants de l'implant
- Risque de perte de position anatomique avec cal vicieux.
- Des infections profondes à superficielles ont été rapportées avec les dispositifs de fixation interne.
- Une intervention chirurgicale et l'utilisation concomitante de dispositifs de fixation internes peuvent entraîner des troubles vasculaires, notamment thrombophlébites, embolie pulmonaire, un hématome de la plaie et une nécrose avasculaire.
- Des réactions de sensibilité au métal et/ou des réactions allergiques aux corps étrangers ont été rapportées.
- Une broche de Kirschner, une vis ou un tenon peut pénétrer dans une articulation.
- Des réactions tissulaires, dont une réaction aux macrophages et aux corps étrangers peuvent se produire à proximité des implants.

Sécurité relative à l'imagerie par résonance magnétique (IRM)

La sécurité et la compatibilité des dispositifs de fixation des fractures Smith & Nephew dans un environnement à champ magnétique n'ont pas été vérifiées par la FDA. Le rréchauffement ou la migration dans un environnement IRM des fractures n'ont pas été testés dans un environnement à résonance magnétique. Les risques connus de l'exposition des dispositifs implantés à un environnement à résonance magnétique incluent le déplacement, la chaleur induite par le champ et la radiofréquences. Les implants peuvent également générer des artéfacts d'image dans les examens à résonance magnétique.

Emballage et étiquetage

Les composants ne doivent être acceptés par l'hôpital ou le chirurgien que si l'emballage d'usine et si leur étiquetage d'origine sont intacts. Si la barrière stérile a été endommagée ou si la date de péremption est dépassée, retournez le composant à Smith & Nephew, Inc. L'utilisation d'un produit endommagé ou périmé présente un risque d'infection, ce qui peut entraîner une chirurgie de révision.

Stérilisation

La méthode de stérilisation des composants fournis stériles est indiquée sur l'étiquette. Les composants d'implants stériles sont livrés stériles avec un niveau d'assurance de la stérilité (SAL) de 10-6. Les composants stériles sont fournis dans des conditionnement présentant la barrière stérile. Vérifiez que l'emballage n'est pas perforé ni endommagé avant la chirurgie. Si la barrière stérile a été endommagée, retournez le composant à Smith & Nephew, Inc.

S'ils ne sont pas spécifiquement étiquetés comme étant stériles, les composants sont livrés non stériles et doivent être nettoyés et stérilisés avant toute intervention chirurgicale. Pour les implants de trauma non stériles (c'est-à-dire les plaques et les vis), enlevez tous les emballages d'origine et les étiquettes avant la stérilisation. Il est important d'effectuer un nettoyage adéquat avant de stériliser. Pour plus d'informations sur le nettoyage et les étapes de stérilisation validées, lisez le document Instructions d'entretien, maintenance, nettoyage et stérilisation des dispositifs orthopédiques Smith & Nephew, fourni avec les instruments Smith & Nephew.

NE RÉUTILISEZ PAS les composants d'implants ou les instruments à usage unique.

Paramètres recommandés pour la stérilisation à la vapeur

- Cycle à la vapeur par désaération dynamique (prévide): 132 °C pendant 4 minutes ou 135 °C pendant 3 minutes. Temps minimal de séchage sous vide:
  - Dispositifs emballés – 15 minutes
  - Dispositifs en conteneur – 30 minutes
- Cycle à la vapeur par déplacement de gravité : 132 °C. Durée d'exposition :
  - 15 minutes pour les instruments qui ne se trouvent pas dans un dispositif de confinement
  - 30 minutes* pour les instruments qui se trouvent dans un dispositif de confinement
  - Temps minimal de séchage sous vide : 30 minutes.
- Stérilisation à la vapeur pour utilisation immédiate (IUSS) : 132 °C. Durée d'exposition :
  - Cycle à la vapeur par désaération dynamique (prévide) – 4 minutes.

Pour les clients hors des États-Unis :

Cycle à la vapeur au Royaume-Uni : Cycle prévide. 134 °C pendant 3 minutes. Temps minimal de séchage sous vide : 30 minutes.

Remarque : L'injection et l'évacuation de la vapeur de stérilisation doivent être effectuées conformément à la norme HTM 2010.

- Cycle vapeur Organisation mondiale de la Santé (OMS) : 134 °C. Durée d'exposition de 18 minutes et un temps de séchage sous vide minimal de 30 minutes.

Les dispositifs de confinement doivent être placés dans un emballage CSR ou dans un conteneur rigide réutilisable pour stérilisation.

Remarque à l'attention des clients américains : Les stérilisateurs et les enveloppes utilisés dans le processus de stérilisation doivent être autorisés par la FDA.

"Ce cycle de stérilisation n'est pas reconnu par la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) comme un cycle standard. N'utilisez que des stérilisateurs et accessoires (tels que les enveloppes et les poches de stérilisation, les indicateurs chimiques et biologiques et les conteneurs de stérilisation) qui ont été autorisés par la FDA pour les spécifications du cycle de stérilisation choisi (durée et température).

Récupération et analyse des implants retirés

La partie la plus importante de la récupération de l'implant chirurgical consiste à éviter tout dommage susceptible de rendre l'examen scientifique. Prenez toutes les précautions nécessaires afin de ne pas endommager l'implant pendant la manipulation et l'expédition. Respectez les procédures internes de l'hôpital pour la récupération et l'analyse des implants retirés pendant l'intervention chirurgicale. Lors de la manipulation des implants retirés,

Instruções de utilização

Sistema de placa para mini-fragmentos

- **Sistema de placa para ossos pequenos VLP Mini-Mod**
- **Sistema de placa EVOS Mini**
- **Placas para talus VLP Mini-Mod**

STERILE R | NON-STERILE*

** Consulte o rótulo do produto para determinar se este é fornecido esterilizado ou não esterilizado.*

Informações importantes

Os dispositivos da placa para fraturas são utilizados apenas como auxílio à cicatrização; não são um substituto do tecido ou osso intacto normal. A anatomia dos ossos humanos apresenta limitações em relação ao tamanho ou espessura de placas ou parafusos ósseos, pelo que a resistência dos implantes é limitada. É contra-indicado o suporte de cargas total ou parcial durante a cicatrização óssea. Com a pressão repetida em pacientes com cicatrização retardada ou não unido, o dispositivo irá dobrar-se, quebrar-se ou será expelido do osso.

O material dos componentes é indicado no rótulo da embalagem externa. Utilize apenas componentes feitos do mesmo material em conjunto. Nunca misture metais diferentes. Os componentes de diferentes fabricantes não devem ser misturados, exceto quando indicado pelo fabricante. Todos os componentes implantáveis destinam-se apenas a uma única utilização. Alguns dos instrumentos são fornecidos para serem usados uma única utilização conforme indicado no rótulo da embalagem.

Nota: Um dispositivo apenas para utilização única (SUO) que entre em contacto com sangue ou tecidos humanos não deve ser colocado em placas de crescimento nos pacientes pediátricos.

Precauções

A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo exclusivamente a médicos ou por indicação médica.

- Tenha especial cuidado ao manusear e armazenar os componentes para implantes. Qualquer tipo de corte, dobra ou riscos na superfície de componentes metálicos podará causar pressões internas que poderão reduzir significativamente a robustez e resistência à fadiga.
- Poderá ocorrer a fractura ou quebra dos instrumentos durante a operação. Os instrumentos submetidos a uma utilização ou força excessivas são susceptíveis a fractura. Os instrumentos devem ser examinados para verificar a presença de desgaste ou danos antes da cirurgia. Os dispositivos de uma única utilização não devem ser reutilizados devido aos riscos de quebra, falha ou infecção no paciente.
- É recomendada a visualização contínua com um intensificador de imagens fluoroscópico durante a introdução do fio-guia e sempre que os instrumentos canulados forem introduzidos através de um fio-guia de forma a impedir o avanço acidental do fio-guia e penetração nos tecidos envolventes.
- É recomendada a limpeza dos instrumentos canulados durante a operação para impedir a acumulação de detritos ósseos na canulação.
- Se for utilizado um sistema de cirurgia assistida por computador, consulte os manuais de referência do software e hardware aplicáveis fornecidos pelo fabricante para garantir o funcionamento adequado deste equipamento.
- Para os sistemas de cirurgia assistidos por computador, é extremamente importante selecionar corretamente os parâmetros de dados (por ex., referências ósseas). Os operadores deste equipamento devem estar familiarizados com a anatomia relevante para o procedimento. O não conhecimento dos dados adequados poderá causar problemas, como a violação de estruturas anatómicas críticas e implantes posicionados incorrectamente.
- As instruções pós-operatórias dadas aos pacientes e os cuidados de enfermagem apropriados são essenciais. O suporte de carga precoce aumenta significativamente a carga sobre o implante e aumenta o risco de afrouxamento, dobra ou quebra do dispositivo. O suporte de carga precoce deverá ser considerado apenas quando existirem provas radiográficas claras de consolidação óssea.
- Os pacientes devem ser instruídos a obterem opinião médica antes de entrarem em ambientes potencialmente adversos que poderiam afectar o desempenho do implante, como campos electromagnéticos ou magnéticos, incluindo um ambiente de ressonância magnética.
- Embora o cirurgião tenha de tomar a decisão final relativamente à remoção do implante, sempre que possível e viável para o paciente, os dispositivos de fixação devem ser removidos assim que a sua função como auxiliar de cicatrização esteja concluída.
- Após a utilização, estes componentes poderão representar um perigo biológico, pelo que deverão ser manuseados em conformidade com a política médica aceite e as leis locais e nacionais aplicáveis.
- Consulte a secção das Informações disponibilizadas informações técnicas cirúrgicas.

Efeitos adversos

- Afrouxamento, dobra, fendas ou fractura dos componentes para implante.
- Poderá ocorrer a perda da posição anatómica com uma união inadequada.
- Formam notificadas infecções, tanto profundas como superficiais, com os dispositivos de fixação.
- Devido à cirurgia e utilização concomitante de dispositivos de fixação internos poderão ocorrer doenças vasculares, incluindo hemorragias, êmbolos pulmonares, hematomas em feridas e necrose avascular.
- Foram notificadas reacções de sensibilidade aos metais e/ou reacções alérgicas a materiais estranhos.
- Poderá ocorrer a penetração de um fio de Kirschner, parafuso ou cavilha numa articulação.
- Poderão ocorrer lesões de tendões, que incluem reacções a corpos estranhos e macrófagos adjacentes aos implantes.

Segurança em termos de ressonância magnética (RM)

Os dispositivos de fixação para fraturas Stryker Smith & Nephew não foram revistos pela FDA em termos de segurança ou compatibilidade no ambiente de RM. Os componentes de fixação para fraturas não foram testados quanto a riscos de aquecimento ou migração num ambiente de RM. Os riscos conhecidos da exposição dos dispositivos de implantação ao ambiente de RM incluem o deslocamento, aperto e aquecimento do implante devido à interacção de campos magnéticos envolventes.

É recomendada a limpeza dos instrumentos canulados durante a operação para impedir a acumulação de detritos ósseos na canulação.

Se for utilizado um sistema de cirurgia assistida por computador, consulte os manuais de referência do software e hardware aplicáveis fornecidos pelo fabricante para garantir o funcionamento adequado deste equipamento.

Para os sistemas de cirurgia assistidos por computador, é extremamente importante selecionar corretamente os parâmetros de dados (por ex., referências ósseas). Os operadores deste equipamento devem estar familiarizados com a anatomia relevante para o procedimento. O não conhecimento dos dados adequados poderá causar problemas, como a violação de estruturas anatómicas críticas e implantes posicionados incorrectamente.

As instruções pós-operatórias dadas aos pacientes e os cuidados de enfermagem apropriados são essenciais. O suporte de carga precoce aumenta significativamente a carga sobre o implante e aumenta o risco de afrouxamento, dobra ou quebra do dispositivo. O suporte de carga precoce deverá ser considerado apenas quando existirem provas radiográficas claras de consolidação óssea.

Os pacientes devem ser instruídos a obterem opinião médica antes de entrarem em ambientes potencialmente adversos que poderiam afectar o desempenho do implante, como campos electromagnéticos ou magnéticos, incluindo um ambiente de ressonância magnética.

Embora o cirurgião tenha de tomar a decisão final relativamente à remoção do implante, sempre que possível e viável para o paciente, os dispositivos de fixação devem ser removidos assim que a sua função como auxiliar de cicatrização esteja concluída.

Após a utilização, estes componentes poderão representar um perigo biológico, pelo que deverão ser manuseados em conformidade com a política médica aceite e as leis locais e nacionais aplicáveis.

Consulte a secção das Informações disponibilizadas informações técnicas cirúrgicas.

Efeitos adversos

- Afrouxamento, dobra, fendas ou fractura dos componentes para implante.
- Poderá ocorrer a perda da posição anatómica com uma união inadequada.
- Formam notificadas infecções, tanto profundas como superficiais, com os dispositivos de fixação.
- Devido à cirurgia e utilização concomitante de dispositivos de fixação internos poderão ocorrer doenças vasculares, incluindo hemorragias, êmbolos pulmonares, hematomas em feridas e necrose avascular.
- Foram notificadas reacções de sensibilidade aos metais e/ou reacções alérgicas a materiais estranhos.
- Poderá ocorrer a penetração de um fio de Kirschner, parafuso ou cavilha numa articulação.
- Poderão ocorrer lesões de tendões, que incluem reacções a corpos estranhos e macrófagos adjacentes aos implantes.

Segurança em termos de ressonância magnética (RM)

Os dispositivos de fixação para fraturas Smith & Nephew não foram revistos pela FDA em termos de segurança ou compatibilidade no ambiente de RM. Os componentes de fixação para fraturas não foram testados quanto a riscos de aquecimento ou migração num ambiente de RM. Os riscos conhecidos da exposição dos dispositivos de implantação ao ambiente de RM incluem o deslocamento, aperto e aquecimento do implante devido à interacção de campos magnéticos envolventes.

É recomendada a limpeza dos instrumentos canulados durante a operação para impedir a acumulação de detritos ósseos na canulação.

Se for utilizado um sistema de cirurgia assistida por computador, consulte os manuais de referência do software e hardware aplicáveis fornecidos pelo fabricante para garantir o funcionamento adequado deste equipamento.

Para os sistemas de cirurgia assistidos por computador, é extremamente importante selecionar corretamente os parâmetros de dados (por ex., referências ósseas). Os operadores deste equipamento devem estar familiarizados com a anatomia relevante para o procedimento. O não conhecimento dos dados adequados poderá causar problemas, como a violação de estruturas anatómicas críticas e implantes posicionados incorrectamente.

As instruções pós-operatórias dadas aos pacientes e os cuidados de enfermagem apropriados são essenciais. O suporte de carga precoce aumenta significativamente a carga sobre o implante e aumenta o risco de afrouxamento, dobra ou quebra do dispositivo. O suporte de carga precoce deverá ser considerado apenas quando existirem provas radiográficas claras de consolidação óssea.

Advertência

- **Não utilize se a embalagem apresentar danos. Não utilize se a barreira de esterilização ou a embalagem do produto estiverem danificadas.**
- **O conteúdo está esterilizado, salvo se a embalagem tiver sido aberta ou danificada. NÃO VOLTE A ESTERILIZAR. Apenas para utilização única. Não utilize após expirado o prazo de validade.**
- **É da responsabilidade do cirurgião estar familiarizado com as técnicas cirúrgicas adequadas antes de proceder à utilização deste dispositivo.**
- **Leia estas instruções na íntegra antes da utilização.**
- **Este dispositivo não foi aprovado para a ligação ou fixação com parafusos ou elementos posteriores (pediculos) da coluna cervical, torácica ou lombar.**
- **É extremamente importante selecionar os componentes com o tamanho e tipo apropriados. A não utilização de componentes com a maior dimensão possível ou o posicionamento incorrecto poderão resultar em afrouxamento, dobras, fendas ou fractura do dispositivo ou osso ou ambos.**
- **Utilize apenas parafusos Ti-6Al-4V com os dispositivos Ti-6Al-4V. Utilize apenas parafusos de aço inoxidável com dispositivos de aço inoxidável.**
- **Os dispositivos e componentes acessórios do Sistema de placa para mini-fragmentos com bloqueio de ângulo variável Smith & Nephew não devem ser colocados em placas de crescimento nos pacientes pediátricos.**

Indicações

O Sistema de placa para mini-fragmentos com bloqueio de ângulo variável Smith & Nephew é indicado para a fixação de fraturas, artrodese, reconstrução, reparação ou revisão de ossos pequenos e respectivos fragmentos. Este sistema é igualmente indicado para a estabilização sem suporte de cargas e redução de fragmentos ósseos em ossos grandes.

As Placas para talus *VLP Mini-Mod* podem ser utilizadas em subluxações de adolescentes 02-18 anos) e adolescentes em transição (18–21 anos) e adultos, bem como para pacientes com osso osteopénico. As Placas para talus *VLP Mini-Mod* são indicadas para a fixação de fraturas, reconstrução ou artrodese de ossos pequenos, incluindo os situados no antepé, médio-pé e retropé.

Contra-indicações

- Condições físicas que impeçdiam o suporte adequado do implante ou comprometam a cicatrização, como disfunção do aporte sanguíneo, qualidade ou quantidade insuficiente de osso, infecção activa, obesidade, curvatura acentuada ou grande distorção do rádio.
- Condições mentais que impeçdiam a cooperação com o regime de reabilitação.

Advertências

- **Destinados a ser utilizados apenas em pacientes com osso suficientemente grande para acomodar os implantes.**
- **Não reutilizar. Destinados a ser utilizados apenas uma vez.**
- **Não utilizar se a embalagem estiver danificada.**
- **Não utilizar se a esterilização tiver sido comprometida.**
- **Não utilizar se a data de validade tiver expirado